

福建医科大学附属第一医院
内镜中心开立内镜设备维保服务
院内竞争性谈判技术参数

项目概况：

内镜中心开立内镜设备（包含胃镜、肠镜，共计7把），因使用频繁，故障率较高，临床科室对设备维修的时效性有较高的要求。为保证临床科室诊疗工作正常开展，需要购买维保服务。

设备型号与序列号：EG-550L：7448757450； EG-550：7264250305、7264824375、7260677031、7261403525； EC-P560：9203851096、9208786311

招标编号：SBWB2026001

最高限价：96000元

一、资格标准：

- 1、具有独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，提供营业执照复印件并加盖公章；
- 2、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函；
- 3、投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪记录的书面声明原件；
- 4、提供投标人法定代表人身份证复印件、授权委托书原件及被委托人身份证复印件（授权书必须法人代表签字并加盖公章）。

注：投标人提交以上文件或证明的所有复印件应是最新（有效）、清晰、加盖持有者公章，并有原件备查。投标人必须满足以上所有资格条件，有任何一条不满足，都将导致其投标文件按无效标处理。

二、技术要求

（一）服务要求：

- 1、维修完成后须保证整机运行良好，可开展正常的临床诊疗，应保证维修后设备达到符合原厂家合格标准或相应的国家质量标准的要求。
- 2、镜体保修服务（含维护保养、故障维修等），不可抗力因素（如地震、自然灾害、火灾、战争等）及甲方人为因素而造成的损坏除外。保修期内每条镜体人为因素造成的故障，减免一次维修费用。

3、接到设备故障报修后，（1）小时内响应时间，（48）小时内到现场提供咨询、维修和更换零配件等服务，5个工作日内必须免费提供备用镜。

4、定期到医院进行设备保养（巡检），每年（4）次。巡检内容包括：外观清洁、镜体点检、设备校准等，负责做好保养（巡检）记录并留院备存。

5、维保期为：自合同签订之日起（12）个月。

（二）技术要求：

内窥镜维修完成后须达到以下质量标准的要求。

高清电子胃镜：

1. 视场角为 $145 \pm 2^\circ$ ；
2. 景深为 2-100mm；
3. 头端部外径为 $9.3 \pm 0.1\text{mm}$ ；
4. 插入部主软管外径为 $9.2 \pm 0.1\text{mm}$ ；
5. 最大插入部直径 $10.5 \pm 0.1\text{mm}$ ；
6. 最小器械孔道内径为 $2.8 \pm 0.1\text{mm}$ ；
7. 弯曲角度：上 $210 \pm 2^\circ$ ，下 $120 \pm 2^\circ$ ，左右各 $100 \pm 2^\circ$ ；
8. 工作长度为 $1050 \pm 2\text{mm}$ ；
9. 镜体全长为 $1400 \pm 2\text{mm}$ ；
10. 钳道最小可视距离为 $3 \pm 0.1\text{mm}$ ；

高清电子肠镜：

1. 视场角 $\geq 145 \pm 2^\circ$ ；
2. 景深为 2-100mm；
3. 头端部外径为 $12 \pm 2\text{mm}$ ；
4. 插入管主软管外径为 $12 \pm 2\text{mm}$ ；
5. 最大插入部直径 $13.8 \pm 0.1\text{mm}$ ；
6. 最小器械道孔内径为 $3.8 \pm 0.1\text{mm}$ ；
7. 弯曲角度为上下各 $180 \pm 2^\circ$ ，左右各 $160 \pm 2^\circ$ ；
8. 工作长度为 $1350 \pm 2\text{mm}$ ；
9. 镜体全长为 $1700 \pm 2\text{mm}$ ；
10. 钳道最小可视距离为 $3 \pm 0.1\text{mm}$ ；

